

南京农业大学实验室与基地处 实验室安全检查通报

2020 年第 6 期 （总第 26 期）

2021 年 1 月 6 日

12 月，为贯彻落实教育部、江苏省教育厅文件精神，学校组织开展了 2020 年教学实验室危险化学品安全管理自查自纠；同时，在学校党委指导下，实验室与基地处、保卫处组织开展了实验仪器设备占用消防通道专项整治工作，效果良好。在此基础上，实验室安全专、兼职督导对全校实验室进行了常规检查。现将检查情况通报如下。

一、 总体情况

本月实验室安全检查依然采用初查与复查相结合的模式，检查结果见下表：

	农 学	植 保	园 艺	动 医	动 科	草 业	资 环	生 科	理 学	食 品	前沿交叉 研究院	植物生 产中心	共计
初查	21	6	3	11	7	3	8	24	1	2	6	1	93
复查	5	0	1	6	4	0	1	2	0	0	2	0	21

督导检查发现的问题主要集中在危化品管理、个人防护等方面，具体如下：

1. 危化品储存不规范、标签不规范；
2. 实验室废弃物收集处置不规范，如废液桶、废胶桶未张贴标签，实验室废弃物堆放在公共区域等；
3. 个人防护不规范，如学生做实验时不穿实验服等；
4. 特种设备如灭菌锅使用登记不规范；
5. 个别实验室消防通道被堵，不畅通；
6. 个别实验室未经批准使用明火电炉。


本月检查各学院安全隐患详情如下：

本月检查各学院安全隐患情况统计表

隐患类型 学院	实验场所安全		基础安全		化学安全		废弃物收集	特种设备与常规冷热设备		总计
	实验室 饮食、卫生 等	设施、通 道等	接线板、使 用明火等用 电不规范	做实验不穿 实验服	危化品柜未 上锁或未双 人双锁	化学试剂储存和 使用不规范（含 未贴标签）	废弃物收 集不规范	压力容器使用 不规范	烘箱、灭 菌锅等管 理不规范	
农学院	0	1	0	2	0	0	2	0	0	5
植保院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
园艺院	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
动医院	0	0	1	0	0	4	0	1	0	6
动科院	0	0	2	0	0	2	0	0	0	4
草业院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资环院	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
生科院	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
理学院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食品院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前沿交叉研 究中心	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
植物生产 中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
总计	0	3	3	2	1	6	3	1	2	21

三、部分现场问题照片

1. 农学院



理科楼 A501—学生做实验未穿实验服，负责人张文伟（左图为初查，右图为复查）



理科楼 A521—学生做实验未穿实验服，负责人王益华（左图为初查，右图为复查）



理科楼 A 座 5 楼西—实验室废弃物堆放公共区域（左图为初查，右图为复查）



理科楼 A813—水龙头漏水，负责人邢莉萍（左图为初查，右图为复查）



理科楼七楼东侧—实验室废弃物堆放公共区域（左图为初查，右图为复查）

2. 园艺院



生科楼 A6004—废胶桶未贴标签、无盖，负责人张绍玲(左图为初查，右图为复查)

3. 动医院



逸夫楼 2026—容量瓶装试剂未贴试剂标签，负责人鲍恩东（左图为初查，右图为复查）



逸夫楼 3008—气体钢瓶未固定，负责人刘家国（左图为初查，右图为复查）



逸夫楼 3008—实验用矿泉水瓶未撕去原标签且未贴试剂标签（复查新增），负责人刘家国



逸夫楼 4004—设备遮挡配电箱（左图为初查，右图为复查）



逸夫楼 4032—通风橱里存放大量易燃试剂酒精等（左图为初查，右图为复查）



逸夫楼 4061—试剂叠放，负责人范红结（左图为初查，右图为复查）

4. 动科院



逸夫楼 2046—实验用矿泉水未撕去原标签
且未贴试剂标签，负责人朱伟云



逸夫楼 3085—未经批准使用明火电炉，负责人王锋



逸夫楼 1034—未经批准使用明火电炉（复查新增）；实验用矿泉水未撕去原标签且未贴试剂标签，
负责人庄苏




5. 资环院



资环楼 B307—水龙头坏了一直滴水，负责人李舜尧，

6. 生科院



生科楼 C3010—管制类试剂硫酸未盖盖子且放置在通风橱内，实验室无人；
另有试剂标签腐蚀无法识别，负责人强胜



生科楼 C6016—实验室消防通道被堵，负责人崔中利

7. 前沿交叉研究院



逸夫楼 5031-5033—灭菌锅未见完整操作规程、使用登记证、操作证，负责人李盛本、熊国胜



逸夫楼 5031-5033—烘箱未见完整操作规程、使用记录，烘箱上放置杂物， 负责人李盛本、熊国胜

针对检查中发现的各类安全隐患，请相关单位、实验室认真对照各项要求进行整改，学校将保持跟踪复查。

特此通报。

实验室与基地处

2021年1月6日